

Swisspowertube

POWER



Gebrauchsanweisung

Seite 3

Mode d'emploi

page 15

Istruzioni per l'uso

pagina 27

Swisspowertube AG, Breite 9, 3636 Forst (Schweiz)

Gebrauchsanweisung

Diese Gebrauchsanweisung gilt als Bestandteil des Gerätes. Sie ist jederzeit in der Nähe des Gerätes bereitzuhalten. Das genaue Beachten ist Voraussetzung für den bestimmungsgemässen Gebrauch und die richtige Handhabung des Gerätes sowie die davon abhängige Sicherheit von Patient und Anwender.

Inhaltsverzeichnis

Seite

1.	Geräteabbildung	4
2.	Bedienungsfeld mit Funktionen	5
3.	Gerätebeschreibung	6
4.	Kurzanleitung zur Inbetriebnahme	6
5.	Batterie und Batteriefach	7
6.	Technische Daten	8
7.	Handhabung	9
8.	Indikationen	10
9.	Kontraindikationen	10
10.	Sicherheitshinweise für die Anwendung	11
11.	Pflege, Wartung und Lagerung	11
12.	Fehler und Störungen, Funktionstest, Steckeranschluss	12
13.	Zubehör	12
14.	Garantie	12
15.	Sicherheitstechnische Kontrolle	13
16.	CE-Konformitätserklärung	14

1. Geräteabbildung

Handelektroden mit Kabel
zum Steckeranschluss des
Gerätes

Steckeranschluss für
Kabel zu Handelektroden


Bedienungsfeld
mit Funktionen



Goldflächen auf
beiden Seiten des
Gerätes

Batteriefach
Batterie 9V
Alkaline 6LR61

2. Bedienungsfeld mit Funktionen



-  Gerät einschalten
(kurz drücken)
-  Minuten wählen (1 - 7 Minuten)
Anzeige➔ 
-  Therapie starten
(kurz drücken)
(STEP-Wahl manuell)
-  Gerät ausschalten
(lange drücken oder autom. nach 30 Sekunden)

3. Gerätebeschreibung

Verwendungszweck

POWER QUICKZAP wird zur elektronischen Nervenstimulation verwendet. Das Gerät dient zur Selbstbehandlung von Beschwerde- und Schmerzzuständen.

Die Anwendung ersetzt nicht die Behandlung oder Anweisung durch den Arzt, sondern beeinflusst positiv den Schmerz- oder Beschwerdezustand.

Die Anwendung kann Erleichterung bei Schmerzen schaffen. Die Handhabung ist ausführlich in der Gebrauchsanleitung ab dem Titel «Handhabung» beschrieben.

Funktionsbeschreibung

Das transkutane elektrische Nervenstimulationsgerät POWER QUICKZAP ist ein leicht zu handhabendes, batteriebetriebenes, elektronisches Gerät zur Nervenstimulation.

Durch elektronische Impulse werden entsprechende Nervenpunkte direkt stimuliert. Das Gerät kann von Personen verwendet werden, die nicht medizinisch geschult sind.

Die Selbstbehandlung ist ungefährlich und ohne Nebenwirkungen. Anhand der beiliegenden Gebrauchsanleitung ist das Gerät leicht verständlich beschrieben und die Selbstbehandlung einfach nachzuvollziehen. Die Handhabung des Gerätes ist auf den medizinisch-ungeschulten Anwenderkreis abgestimmt. Die Gebrauchsanweisung zeigt die Anwendungsmöglichkeiten, sowie die Anwendungsdauer.

4. Kurzanleitung zur Inbetriebnahme

Vor dem ersten Gebrauch

Das Gerät sollte sofort nach Empfang auf Transportschäden überprüft und einer Funktionsprüfung unterzogen werden. Im Falle einer Beschädigung durch den Transport ist dies unverzüglich beim Spediteur zu reklamieren und zur Sicherung des Schadenersatzanspruches ein Schadensprotokoll anzufertigen. Dieses muss neben Name und Adresse des Empfängers auch Eingangsdatum, Typen- und Seriennummer des gelieferten Gerätes, sowie eine Beschreibung der Beschädigungen beinhalten. Die Originalverpackung des Gerätes sollte während der Garantiezeit aufbewahrt werden, damit gegebenenfalls

eine Rücksendung des Gerätes in der Originalverpackung erfolgen kann.


Vor der Auslieferung wird jedes Gerät beim Hersteller bezüglich seiner Funktion und Sicherheit geprüft. Um zu gewährleisten, dass das Gerät auch nach dem Transport und der Installation beim Betreiber sicher funktioniert, sollte folgendes beachtet werden:

Der Betreiber sollte das Gerät erst in Betrieb nehmen, wenn er eine Funktionsprüfung durchgeführt hat (siehe Kapitel 12).

5. Batterie und Batteriefach

Benutzen Sie Alkaline-Batterien und beachten Sie die Polarität (Plus / Minus). Mit diesen Batterien ist gewährleistet, dass eine Therapie bei fast leerer Batterie trotz Aufleuchten von «low Battery» zu Ende geführt werden kann. Die QUICKZAP-Geräte sind auf diesen Batterie-Typ abgestimmt.

Wenn Sie Nickel-Cadmium-Akkus (wiederaufladbar) verwenden, funktioniert die Anzeige «low Battery» nicht zuverlässig, weil dieser Akkutyp eine andere Entladekennlinie hat. Das POWER QUICKZAP-Gerät kann plötzlich, ohne Vorwarnung, abschalten. Verwenden Sie trotzdem Nickel-Cadmium-Akkus, laden Sie diese periodisch auf.



6. Technische Daten

Anzeige	Therapiezeit in Minuten, 7 Leuchtdioden LED, Therapieschritte 1 - 3, Leuchtdiode «Batterie auswechsel»
Fehlermeldung	Intervallton: Handelektroden oder Kontaktflächen nicht richtig aufgelegt Dauerton: Handelektroden kurzgeschlossen
Batterie	9 Volt Block 6LR61
Ausgangsspannung	AC max. 9 Volt pp und min. 6 Volt pp
Behandlungszeit	3 - 21 Minuten
Programmablauf	3 Schritte
Masse	13,5 x 8,3 x 3 cm
Gewicht	≈ 850 gr
Anwendungsklasse	BF
Klasse	Ila Gerät
Betrieb	10°C - 40°C, Feuchte 30% - 75% ohne Betauung, Luftdruck 700 hPa - 1060 hPa.
Bildzeichen	 Gebrauchsanleitung beachten!
	 Typ BF
Herstellungsdatum	Monat/Jahr-Seriennummer

7. Handhabung

1. Gerät einschalten Taste I / GO kurz drücken.
2. Therapiezeit pro STEP mit Taste TIME einstellen. Start mit einer Minute pro STEP, d.h. gesamte Behandlungsdauer 3 Minuten. Steigerung bei jeder Behandlung um 1 Minute pro STEP. Anwendung Schritt 1 und Schritt 2 (siehe unten und folgende Seite) einmal täglich.
3. Gerät an Schmerzpunkt anlegen.
4. Start der Behandlung durch drücken der Taste I / GO.
5. Nach jedem STEP erfolgt ein Piepston.
6. Ende der Behandlung wird durch 2 Töne signalisiert.
7. Gerät ausschalten: lange drücken der Taste I / GO oder automatisch nach 30 Sekunden.

Fehlermeldung:

Schlechter oder kein Hautkontakt wird durch anhaltende Piepstöne signalisiert.

1. Schritt

Örtliche Behandlung am Schmerzpunkt



2. Schritt

Behandlung im Bauchbereich



Auf guten Körperkontakt achten. Nötigenfalls mit Wasser befeuchten.

Vor und nach der Behandlung viel reines Wasser trinken.

8. Indikationen

- Schmerztherapie

9. Kontraindikationen

- Schwangerschaft: Gerät nicht anwenden
- Patienten mit Herzschrittmacher: Gerät nicht anwenden
- Offene Wunden: Gerät nicht anwenden
- Frische Narben: Gerät nicht anwenden

10. Sicherheitshinweise für die Anwendung

- POWER QUICKZAP darf nur für die Elektrostimulation von Nerven und Muskulatur eingesetzt werden.
- Bei Patienten mit Herzschrittmachern nicht anwenden.
- POWER QUICKZAP darf nur mit einer 9 Volt Batterie betrieben werden.

- Bei längerer Nichtbenutzung des Gerätes ist die Batterie zu entfernen.
- POWER QUICKZAP darf nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen Zubehör betrieben werden.
- Der gleichzeitige Anwendung mit anderen Geräten ist unzulässig.
- Batterien nach den nationalen Bestimmungen entsorgen.
- POWER QUICKZAP als Sondermüll entsorgen.

Swisspowertube AG kann sich für die Zuverlässigkeit und Sicherheit des POWER QUICKZAPS nur verantwortlich zeigen:

-
- wenn POWER QUICKZAP in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung betrieben wird,
 - wenn Erweiterungen und Änderungen nur von Personen durchgeführt werden, die von Swisspowertube AG ermächtigt sind.
-

11. Pflege, Wartung und Lagerung

Ein wirksamer Schutz des POWER QUICKZAPS vor Beschädigung umfasst:


- Sachgemässe Bedienung und Wartung.
- Schutz vor Feuchtigkeit und Verunreinigung.
- Nach jeder Anwendung mit einem handelsüblichen Reinigungsmittel (z. B. 1-Propanil, Ethanol, Glyoxal) die Kontaktflächen des POWER QUICKZAP Gerätes, sowie auch die Handelektroden reinigen. Das bedruckte Typenschild sollte ausgespart werden.
- POWER QUICKZAP sollte trocken gelagert werden.

12. Fehler und Störungen, Funktionstest, Steckeranschluss

- Bei Entladung der Batterie wird dies durch eine Batterieanzeige LED angezeigt.
- Nach Einschalten führt der POWER QUICKZAP automatisch einen Batterietest durch.

- Sind die Handelektroden bei der Therapie nicht richtig angelegt, so ertönt ein Warnsignal.

Steckeranschluss



13. Zubehör

- Handelektroden mit Kabel
- Gebrauchsanleitung
- 9 Volt Batterie 6LR61
- Tragekoffer für POWER QUICKZAP

14. Garantie

Das Gerät und das Zubehör sind sofort nach dem Empfang auf Mängel und Transportschäden zu untersuchen. Diesbezügliche Schadenersatzansprüche können nur geltend gemacht werden, wenn der Verkäufer oder Spediteur unverzüglich benachrichtigt wird. Ein Schadensprotokoll ist anzufertigen.

- Die Garantiezeit des POWER QUICKZAPS beträgt 2 Jahre vom Tage der Lieferung.
- Der Umfang der Garantie erstreckt sich auf die kostenlose Instandsetzung des Gerätes, vorausgesetzt, dass der Schaden durch einen Material- oder Fabrikationsfehler verursacht wurde.
- Weitere Ansprüche, insbesondere Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen.

- Die Instandsetzung darf nur durch Swisspowertube AG, ihre Vertretungen oder autorisierten Fachhändler durchgeführt werden. Der Garantieanspruch erlischt, wenn unsachgemässe Veränderungen oder Instandsetzungen vorgenommen wurden.
- Durch Garantieleistungen wird die Garantie weder verlängert noch erneuert.
- Alle Rechte an dieser Gebrauchsanweisung, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, bleiben der Firma Swisspowertube AG vorbehalten. Kein Teil dieser Gebrauchsanweisung darf in irgendeiner Form ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Firma Swisspowertube AG vervielfältigt oder verbreitet werden.
- Die in dieser Gebrauchsanweisung enthaltenen Informationen können von Swisspowertube AG geändert oder erweitert werden.
- Updates von Gebrauchsanweisungen können auf www.swisspowertube.ch heruntergeladen werden.

15. Sicherheitstechnische Kontrolle

Um einer Minderung der Sicherheit des Gerätes infolge Alterung, Verschleiss etc. vorzubeugen, schreibt § 6 der Verordnung über das Errichten, Betreiben und Anwenden aktiver Medizinprodukte regelmässige sicherheitstechnische Kontrollen vor.

Der Betreiber hat die für dieses Gerät festgelegten sicherheitstechnischen Kontrollen im vorgeschriebenen Umfang fristgerecht durchführen zu lassen. Die sicherheitstechnischen Kontrollen dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich autorisierten Personen ausgeführt werden.

Für POWER QUICKZAP wurden folgende Sicherheitstechnische Kontrollen festgelegt:

- Prüfung von Aufschriften und Gebrauchsanweisung
- Sichtprüfung an Gerät und Zubehör auf Beschädigung
- Funktionskontrolle der Tasten und LED-Anzeigen

16. CE-Konformitätserklärung

CE 0482

Name und Adresse des Herstellers	Swisspowertube AG Breite 9 CH-3636 Forst (Schweiz) SRN-Nr: CHRN-MF-20000238
Wir erklären als Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass	
das Medizinprodukt	Power QuickZap Typ FPQ.A1
der Klasse	Ila Regel 9 nach Anhang IX der Richtlinie 93/42/EWG
den einschlägigen Bestimmungen der Medizinprodukte-Richtlinie 93/42/EWG und deren Umsetzungen in nationale Gesetze entspricht. Die Konformitätserklärung bezieht sich auf die gelieferten Medizinprodukte.	
Konformitätsbewertungs- verfahren	Richtlinie 93/42/EWG Anhang II, ohne Abschnitt 4
Benannte Stelle	MEDCERT GmbH Pilatuspool 2 D-20355 Hamburg Deutschland  0482
CH-Forst, 5. August 2021	Martin Frischknecht, CEO 
Name und Adresse des EU-Bevollmächtigten	Wellbalance GmbH Klosterstrasse 10 D-77716 Haslach Deutschland SRN-Nr: DE-AR-000010274

Mode d'emploi

Ce mode d'emploi fait partie intégrante de l'appareil. Il doit se trouver à proximité de l'appareil à tout moment. Il est absolument impératif de respecter attentivement les instructions pour garantir une utilisation conforme et une manipulation correcte de l'appareil permettant ainsi une sécurité maximale pour le patient et l'opérateur.

Index Page

1.	Représentation de l'appareil	16
2.	Champ de commande à fonctions	17
3.	Description de l'appareil	18
4.	Instructions brèves pour la mise en service	18
5.	Pile et compartiment à pile – changement de pile	19
6.	Spécifications techniques	20
7.	Manipulation	21
8.	Indications	22
9.	Contre-indications	22
10.	Indications de sécurité lors de l'application	23
11.	Soins, entretien et stockage	23
12.	Erreurs et défaillances, test des fonctions, fiche de raccordement	24
13.	Accessoires	24
14.	Garantie	24
15.	Contrôles de sécurité	25
16.	CE - Déclaration de conformité	26

1. Représentation de l'appareil

Electrodes manuelles avec
câble pour le raccordement
à fiche de l'appareil


Fiche de raccordement pour
le câble des electrodes
manuelles

Champ de
commande
et affichage


Compartiment à piles.
Pile 9V alcaline 6LR61

Surface plaquée or
sur les deux côtés
de l'appareil

2. Champ de commande à fonctions



-  Allumer l'appareil (appuyer brièvement)
-  Sélectionner le nombre de minutes (1 - 7 minutes)
Indicateur :
-  Démarrer la thérapie (appuyer brièvement) (sélection STEP manuellement)
-  Eteindre l'appareil (appuyer longuement ou extinction auto. au bout de 30 sec.)



3. Description de l'appareil

Affectation

POWER QUICKZAP est utilisé pour la stimulation électronique des nerfs. L'appareil sert à l'auto-thérapie en présence d'états douloureux.

L'application ne remplace pas le traitement ni les recommandations du médecin, mais influe de manière positive sur les douleurs.

L'utilisation de l'appareil peut apporter un soulagement des douleurs. Comment l'appareil doit être utilisé proprement est décrite en détail dans ce mode d'emploi à partir du titre « Manipulation ».

Description des fonctions

POWER QUICKZAP électrique de stimulation transcutané des nerfs est un appareil électronique à fonctionnement à pile, de manipulation simple pour la stimulation des nerfs.

Des impulsions électroniques permettent de stimuler directement des terminaisons nerveuses particulières. L'appareil a été conçu pour pouvoir être utilisé par des personnes ne possédant aucune formation médicale.

L'auto-thérapie ne présente aucun danger et n'entraîne pas d'effets secondaires. Le mode d'emploi ci-joint décrit l'appareil et l'auto-thérapie de manière tout à fait compréhensible. La manipulation de l'appareil est conçue pour des opérateurs ne possédant pas de formation médicale. Le mode d'emploi montre les différentes possibilités d'application et leur durée.

4. Instructions brèves pour la mise en service

Avant la première utilisation

Inspectez l'appareil immédiatement après sa réception afin de vérifier l'absence de dommages dus au transport et effectuez un contrôle de son fonctionnement. En cas de dommage dû au transport, faites immédiatement une réclamation auprès de l'agence de transport et remplissez un procès-verbal de dommage pour assurer vos prétentions à l'indemnité. Celui-ci doit contenir, outre le nom et l'adresse du destinataire, la date de réception, le type et le numéro de série de l'appareil livré, ainsi qu'une description des dommages. L'emballage d'origine devrait être conservé pendant toute la durée

de la période de garantie afin de pouvoir renvoyer l'appareil dans son emballage d'origine, le cas échéant.

Avant sa livraison, le fabricant contrôle le fonctionnement et la sécurité de chaque appareil. Afin de garantir un fonctionnement sûr de l'appareil à l'issue du transport et de l'installation chez l'opérateur, il est nécessaire de respecter les indications suivantes :


L'opérateur ne doit mettre l'appareil en marche qu'après avoir effectué un contrôle de son fonctionnement (voir chapitre 12).

5. Pile et compartiment à pile – changement de pile

Veuillez utiliser de piles Alcaline et veuillez bien noter la polarité (+ / -). Les piles Alcaline vous garantissent un achèvement complet de votre session thérapeutique même si l'affichage de la pile indique « low Battery ». Les appareils QUICKZAP sont syntonisés à ce type de pile.

Attention : Si vous utilisez de piles rechargeables « nickel-cadmium-accus » l'affichage de la pile « low Battery » ne fonctionne pas correctement, car le type de batterie rechargeable ne reconnaît pas le déchargement de la pile. Par conséquent, l'appareil QUICKZAP se peut éteindre sans préavis.

Si vous préférez tout-de-même d'utiliser de piles rechargeables, veuillez les recharger régulièrement.



6. Spécifications techniques

Affichage	Durée de la thérapie en minutes, 7 diodes LED, étapes de la thérapie 1 - 3, diode de remplacement de la pile.
Message d'erreur	Son à intervalle : l'électrodes manuelles ou les surfaces de contact ne sont pas appliquées correctement. Son continu : court-circuit entre électrodes manuelles et POWER QUICKZAP-boîtier.
Pile	Bloc 9 volts 6LR61
Tension de sortie	CA max. 9 volts pp et min. 6 volts pp
Durée du traitement	3 - 21 minutes
Déroulement du programme	3 étapes
Dimensions	13,5 x 8,3 x 3 cm
Poids	≈ 850 gr
Classe d'applicaton	BF
Classe	Appareil IIa
Température de fonctionnement	10°C - 40°C, humidité 30% - 75% sans condensation, pression atmosphérique 700 hPa - 1060 hPa
Logo	 Observer le mode d'emploi !
	 Typ BF
Date de fabrication	Mois/année - numéro de série

7. Manipulation

1. Allumer l'appareil en appuyant sur la touche I / GO.
2. Régler la durée de thérapie avec la touche TIME par étape.
Débuter avec une minute par étape, donc une durée de thérapie totale de 3 minutes. Progression d'une minute par étape pour chaque thérapie. Application des étapes 1 et 2 (voir ci-dessous et page suivante) une fois par jour.
3. Appliquer l'appareil sur le point douloureux.
4. Démarrage de la thérapie en appuyant sur la touche I / GO.
5. Un bip sonore retentit au bout de chaque étape.
6. La fin du traitement est signalée par 2 avertissements sonores.
7. Eteindre l'appareil : appuyer longuement la touche I / GO ou extinction auto au bout de 30 sec.

Message d'erreur :

Un son à intervalle signale un mauvais contact ou une absence de contact avec la peau.

Première étape :

Traitement local sur le point douloureux



Deuxième étape : Traitement abdominal



Veiller à un contact corporel correct. Humidifier légèrement avec de l'eau si nécessaire.

Boire beaucoup d'eau claire avant et après la thérapie.

8. Indications

- Thérapie contre les douleurs

9. Contre-indications

- Grossesse : ne pas utiliser l'appareil
- Patients avec stimulateur cardiaque : ne pas utiliser l'appareil
- Plaies ouvertes : ne pas utiliser l'appareil
- Cicatrices fraîches : ne pas utiliser l'appareil

10. Indications de sécurité lors de l'application

- L'utilisation en proximité immédiate de l'appareil la thérapie à ondes courtes ou la thérapie à microondes pourrait entraîner l'instabilité du stimulateur.

- POWER QUICKZAP doit uniquement être utilisée pour la stimulation de nerfs et de la musculature.
- Ne pas utiliser sur des patients portant un stimulateur cardiaque.
- Rappelez-vous de risque de strangulation par câble pour cause du grande longueur.
- Heures de thérapie particulier à la première utilisation (sans câble, thérapie direct):
 - Tête max. 2-2-2 minutes
 - Thorax max. 3-3-3 minutes
- Après une semaine, augmente la durée de thérapie légèrement.
- Le raccordement simultané avec d'autres appareils n'est pas autorisé.
- Eliminer les piles conformément aux dispositions nationales.
- Retirer la pile lorsque l'appareil n'est pas utilisé pour une longue durée.
- La durée de vie de POWER QUICKZAP, des pièces et les accessoires est de 10 années.
- Eliminer POWER QUICKZAP en tant que déchet spécial.
- Pour toute questions techniques, manipulation correcte ou l'entretien contactez le fabricant.
- POWER QUICKZAP doit uniquement être utilisée avec les accessoires contenus dans la livraison.

Swisspowertube AG n'endosse la responsabilité pour la fiabilité et la sécurité de POWER QUICKZAP que dans les cas suivants:

- si POWER QUICKZAP est utilisé conformément au mode d'emploi,
 - si les extensions et modifications sont effectuées par les personnes autorisées par Swisspowertube AG.
-

11. Soins, entretien et stockage

Pour protéger efficacement POWER QUICKZAP de tout dégât :

- Utiliser et entretenir l'appareil de façon appropriée.
- Protéger l'appareil de l'humidité et de l'encrassement.
- Après chaque utilisation, nettoyer les surfaces de contact de POWER QUICKZAP, ainsi que les électrodes manuelles avec un


détergent d'emploi courant (comme par exemple 1-propanil, éthanol, glyoxal). Eviter la plaque signalétique imprimée.

- Ranger POWER QUICKZAP au sec.

12. Erreurs et défaillances, test des fonctions, fiche de raccordement

- En cas de déchargement des piles, la LED d'affichage de la pile clignote.
- Après la mise en service, POWER QUICKZAP effectue automatiquement un test des piles.
- Si l'électrodes manuelles et POWER QUICKZAP-boîtier ne sont pas appliquées correctement lors de la thérapie, un signal d'avertissement retentit.

Fiche de raccordement :



13. Accessoires

- Electrodes manuelles avec câble
- Mode d'emploi
- Pile 9 volts 6LR61
- Coffret pour la POWER QUICKZAP

14. Garantie

L'appareil et ses accessoires doivent être inspectés immédiatement après leur réception pour vérifier l'absence de défauts ou dommages dus au transport. Des prétentions d'indemnité ne peuvent être invoquées que si le vendeur ou l'agence de transport a été informé immédiatement. Un procès-verbal de dommage doit être rempli.

- La durée de garantie pour POWER QUICKZAP comporte 2 ans à partir du jour de la livraison.
- L'étendue de la garantie s'applique à la remise en état gratuite de l'appareil, à condition que le dommage soit dû à un défaut de matériel ou de production.
- Toutes autres revendications, en particulier les prétentions d'indemnité, sont exclues.
- La remise en état doit uniquement être exécutée par Swisspowertube AG, par ses représentants ou par des concessionnaires autorisés. La prétention à la garantie expire si des modifications ou remises en état non conformes ont été effectuées.
- Les prestations de garantie n'entraînent pas de rallongement ou de renouvellement de la garantie.
- L'ensemble des droits de ce mode d'emploi, en particulier le droit de reproduction et de distribution ainsi que la traduction demeurent la propriété réservée de l'entreprise Swisspowertube AG. Aucune partie de ce mode d'emploi ne peut être reproduite ou distribuée sans l'accord préalable par écrit de l'entreprise Swisspowertube AG.
- Les informations comprises dans ce mode d'emploi peuvent être modifiées ou élargies par Swisspowertube AG.
- Les instructions d'utilisation des mises à jour peuvent être téléchargées sur www.swisspowertube.ch.

15. Contrôles de sécurité

Afin de prévenir à une réduction de la sécurité de l'appareil à la suite du vieillissement, de l'usure, etc., le §6 de la disposition concernant la mise en place, la mise en marche et l'utilisation d'appareils électromédicaux actifs stipule l'exécution de contrôles de sécurité réguliers.

L'opérateur doit effectuer les contrôles de sécurité prévus pour cet appareil dans l'étendue et les intervalles prescrits. Les contrôles de sécurité doivent être réalisés uniquement par le fabricant ou par des

personnes expressément autorisées par celui-ci.

Les contrôles de sécurité suivants ont été fixés pour POWER QUICKZAP :

- Contrôle des indications obligatoires et du mode d'emploi.
- Contrôle visuel de l'absence de dommages de l'appareil et des accessoires.
- Contrôle du fonctionnement de toutes les touches et des voyants lumineux de l'appareil.

16. CE - Déclaration de Conformité CE 0482

Nom et adresse du fabricant	Swisspowertube AG Breite 9 CH-3636 Forst (Suisse) SRN-Nr: CHRN-MF-20000238
Nous déclarons sous notre propre responsabilité que	
le dispositifif medical	Power QuickZap Typ FPQ2.A1
de la classe	Ila règle 9 selon l'annexe IX de la directive 93/42/CEE
remplit toutes les exigences de la directive sur la dispositif médical 93/42/CEE et de ses transpositions en droit national qui le concernent. La déclaration de comformité concerne les produits médicaux fournis.	
Procédure d'évaluation de la conformité:	Directive 93/42/CEE Annexe II à l'ecclusion de la section 4
Organisme notifié	MEDCERT GmbH Pilatuspool 2 D-20355 Hamburg Allemagne CE 0482
CH-Forst, 5. août 2021	Martin Frischknecht, CEO 
Nome et adresse du représentant autorisé de l'ue	Wellbalance GmbH Klosterstrasse 10 D-77716 Haslach Allemagne SRN-Nr: DE-AR-000010274

Istruzioni per l'uso

Le presenti istruzioni per l'uso costituiscono parte integrante dell'apparecchio. Devono pertanto essere sempre a portata di mano nelle vicinanze dell'apparecchio. L'osservanza precisa delle istruzioni rappresenta il presupposto per l'uso conforme e per il comando corretto dell'apparecchio, nonché per la relativa sicurezza di paziente e utente.

Indice

Página

1.	Illustrazione dell'apparecchio	28
2.	Comandi e funzioni	29
3.	Descrizione dell'apparecchio	30
4.	Brevi istruzioni per la messa in funzione	30
5.	Batterie e compartimento batterie	31
6.	Dati tecnici	32
7.	Uso	33
8.	Indicazioni	34
9.	Controindicazioni	34
10.	Indicazioni di sicurezza per l'uso	35
11.	Cura, manutenzione e stoccaggio	35
12.	Errori e guasti, prova di funzionamento, collegamento a spina	36
13.	Accessori	36
14.	Garanzia	36
15.	Controllo di sicurezza	37
16.	CE-Dichiarazione di conformità	38

1. Illustrazione dell'apparecchio

Elettrodi manuale con
cavo per collegamento a
spina con apparecchio

Collegamento a
spina per cavo dei
elettrodi manuale


Comandi e
indicatori



Superfici placcate oro
su entrambi i lati
dell'apparecchio

Vano batteria
Batteria alcalina
9V 6LR61

2. Comandi e funzioni



- 

Accensione dell'apparecchio (premere brevemente)
- 

Seleziona dei minuti (1-7 minuti)
Indicatore:
- 

Avvio della terapia (premere brevemente)
(selezione manuale dello STEP)
- 

Spegnimento dell'apparecchio (premere a lungo altrimenti dopo 30 secondi l'apparecchio si spegne automaticamente)

3. Descrizione dell'apparecchio

Destinazione d'uso

POWER QUICKZAP è destinato alla stimolazione nervosa elettronica. Viene utilizzato per l'autotrattamento di disturbi e stati dolorosi.

L'uso dell'apparecchio non sostituisce le cure o le indicazioni del medico, ma influisce positivamente sullo stato doloroso.

L'impiego dell'apparecchio può alleviare i dolori. L'impiego proprio dell'apparecchio è descritto ampiamente nelle istruzioni per l'uso a partire dal titolo «Uso».

Funzione

L'apparecchio elettrico per la stimolazione nervosa transcutanea POWER QUICKZAP è un dispositivo elettronico a batteria facile da usare per la stimolazione dei nervi.

Attraverso impulsi elettronici, i rispettivi punti nervosi vengono stimolati direttamente. L'apparecchio può essere utilizzato da persone che non hanno alcuna formazione di carattere medico.

L'autotrattamento è innocuo e non presenta effetti collaterali. L'apparecchio è descritto in maniera semplice nelle istruzioni per l'uso allegate e l'autotrattamento è facile da eseguire. L'uso dell'apparecchio è destinato a utenti senza alcun tipo di conoscenze mediche. Le istruzioni per l'uso indicano le possibilità d'impiego nonché la durata.

4. Brevi istruzioni per la messa in funzione

Operazioni preliminari al primo uso

L'apparecchio deve essere controllato immediatamente dopo la ricezione per verificare l'eventuale presenza di danneggiamenti dovuti al trasporto e sottoposto ad un controllo di funzionamento. In caso di danneggiamenti dovuti al trasporto, informare immediatamente lo spedizioniere e redigere un verbale di constatazione dei danni per assicurarsi il diritto al risarcimento. Oltre al nome e all'indirizzo del destinatario, questo deve contenere anche data di arrivo, modello e numero di serie dell'apparecchio consegnato, nonché una descrizione dei danni. L'imballaggio originale dell'apparecchio deve essere conservato per tutto il periodo di garanzia per poter eventualmente

eseguire un reso dell'apparecchio nella confezione originale.


Prima della consegna, ogni apparecchio viene controllato presso il produttore per verificarne il funzionamento e la sicurezza. Per assicurarsi che l'apparecchio funzioni in modo sicuro anche dopo il trasporto e l'installazione presso l'utente, prestare attenzione a quanto segue:

L'utente deve mettere in funzione l'apparecchio solo dopo aver eseguito un controllo di funzionamento (vedere capitolo 12).

5. Batterie e compartimento batterie

Utilizzate batterie alcaline e prestate attenzione alla polarità (più / meno). Tali batterie garantiscono di poter portare a termine una terapia anche quando la spia «low battery» s'illumina. Gli apparecchi QUICKZAP sono stati concepiti per l'utilizzo con questo tipo di batterie.

L'impiego di batterie al nichel-cadmio (ricaricabili), comporta il funzionamento non affidabile dell'indicatore «low battery», dal momento che questo tipo di batterie ha una curva di scarica diversa. L'apparecchio QUICKZAP può spegnersi all'improvviso senza preavviso. Se intendete comunque utilizzare batterie al nichel-cadmio, provvedete a caricarle periodicamente.



6. Dati tecnici

Display	Intervallo della terapia in minuti, 7 LED, Fasi di terapia 1 - 3, LED di sostituzione batteria.
Segnalazione di errori	Segnale acustico intermittente: Elettrodi manuale o superfici di contatto non disposti correttamente. Segnale acustico continuo: cortocircuitati tra elettrodi manuale e POWER QUICKZAP-alloggiamento.
Batteria	A blocco da 9 Volt 6LR61
Tensione d'uscita	CA max. 9 Volt pp e min. 6 Volt pp
Tempo di trattamento	3 - 21 minuti
Ciclo di programma	3 fasi
Dimensioni	13,5 x 8,3 x 3 cm
Peso	≈ 850 g
Categoria d'impiego	BF
Classe	Apparecchio IIa
Temperature d'esercizio	10°C - 40°C, umidità 30-75% non condensante, aria compressa da 700 a 1060 hPa.
Simboli grafici	 Osservare le istruzioni per l'uso!
	 Tipo BF
Date di fabbricazione	Mese/anno - numero di serie

7. Uso

1. Accendere l'apparecchio premendo brevemente il tasto I / GO.
2. Impostare il tempo di terapia per ogni step con il tasto TIME. Iniziare con un minuto per step, vale a dire per una durata totale del trattamento di 3 minuti. Aumentare di 1 minuto per STEP ad ogni trattamento. Utilizzare la fase 1 e la fase 2 (vedere sotto e pagina seguente) una volta al giorno.
3. Appoggiare l'apparecchio sul punto dolorante.
4. Iniziare il trattamento premendo il tasto I / GO.
5. Dopo ogni STEP viene emesso un segnale acustico.
6. La fine del trattamento viene segnalata con 2 segnali acustici.
7. Spegner l'apparecchio: premere a lungo il tasto I / GO oppure l'apparecchio si spegne automaticamente dopo 30 secondi.

Segnalazione d'errore:

Il contatto con la pelle insufficiente o assente viene segnalato con segnali acustici continui.

1a fase

Trattamento locale sul punto dolorante



2a fase

Trattamento della regione addominale



Bere abbondantemente acqua pura prima e dopo la terapia.

Assicurarsi che l'apparecchio sia correttamente a contatto con il corpo. Se necessario, inumidire con acqua.

8. Indicazioni

- Terapia antidolorifica

9. Controindicazioni

- Gravidanza: non utilizzare l'apparecchio
- Portatori di pace-maker: non utilizzare l'apparecchio
- Ferite aperte: non utilizzare l'apparecchio
- Cicatrici fresche: non utilizzare l'apparecchio

10. Indicazioni di sicurezza per l'uso

- POWER QUICKZAP può essere utilizzato solo per la stimolazione elettrica di nervi e muscolatura.
- I portatori di pace-maker devono astenersi dall'uso dell'apparecchio.
- Il collegamento contemporaneo con altri apparecchi non è consentito.
- POWER QUICKZAP può essere utilizzato solo con una batteria da 9 Volt.
- In caso di inutilizzo prolungato dell'apparecchio, rimuovere la batteria.
- POWER QUICKZAP può essere usato solo con gli accessori in dotazione.
- Smaltire le batterie in conformità alle disposizioni nazionali.
- Smaltire POWER QUICKZAP come rifiuto speciale.
- Non impiegare insieme ad altri apparecchi

Swisspowertube AG risponde dell'affidabilità e della sicurezza di POWER QUICKZAP solo:

-
- se POWER QUICKZAP viene utilizzato in conformità alle istruzioni per l'uso;
 - se eventuali espansioni e modifiche vengono eseguite esclusivamente da persone autorizzate da Swisspowertube AG.
-

•

11. Cura, manutenzione e stoccaggio

Una protezione efficace de POWER QUICKZAP nei confronti dei danneggiamenti comprende:

- Uso e manutenzione corretti.
- Protezione nei confronti di umidità e sporco.
- Dopo ogni utilizzo pulire con un detergente d'uso commerciale (come ad es. 1-propanile, etanolo, gliossale) le superfici di


contatto dell'apparecchio POWER QUICKZAP ed anche gli elettrodi manuali. Evitare la targhetta con i dati tecnici.

- Stoccaggio POWER QUICKZAP in luogo asciutto.

12. Errori e guasti, prova di funzionamento, collegamento a spina

- In caso di batteria scarica, questo viene segnalato dall'apposito LED.
- Dopo l'accensione, POWER QUICKZAP esegue automaticamente un controllo della batteria.
- Se l'elettrodi manuale e POWER QUICKZAP-collaggiamento non sono posizionati correttamente durante la terapia, viene emesso un allarme acustico.

Collegamento a spina



13. Accessori

- Elettrodi manuale con cavo
- Istruzioni per l'uso
- Batteria da 9 Volt 6LR61
- Astuccio per POWER QUICKZAP

14. Garanzia

L'apparecchio e gli accessori devono essere controllati immediatamente dopo la ricezione per verificare la presenza di vizi e danneggiamenti dovuti al trasporto. Richieste di risarcimento danni a questo proposito possono essere fatte valere solo se il venditore o lo spedizioniere ne vengono informati immediatamente. È necessario redigere un verbale di constatazione dei danni.

- Il periodo di garanzia per POWER QUICKZAP è di 2 anni a decorrere dalla data di consegna.
- La garanzia copre la riparazione gratuita dell'apparecchio, a condizione che il danno sia stato causato da un difetto di materiale o di produzione.
- Ulteriori diritti, in particolare di risarcimento danni, sono esclusi.
- La riparazione può essere eseguita soltanto da Swisspowertube AG, dalle sue agenzie di rappresentanza o da rivenditori autorizzati. Il diritto alla garanzia si estingue qualora vengano eseguite modifiche o riparazioni improprie.
- Le prestazioni in garanzia non comportano alcuna proroga ed alcun rinnovo della garanzia.
- Tutti i diritti sulle presenti istruzioni per l'uso, in particolare il diritto di riproduzione e diffusione nonché di traduzione, sono riservati alla ditta Swisspowertube AG. Nessuna parte delle presenti istruzioni per l'uso può essere riprodotta o distribuita in qualsiasi forma senza il previo consenso scritto della ditta Swisspowertube AG.
- Le informazioni contenute nelle presenti istruzioni per l'uso possono essere modificate o integrate da Swisspowertube AG.

15. Controllo tecnico di sicurezza

Per evitare una diminuzione della sicurezza dell'apparecchio per invecchiamento, usura, ecc., il § 6 dell'ordinamento tedesco sull'installazione, sulla gestione e sull'uso di dispositivi medici attivi prescrive controlli di sicurezza regolari.

L'utente deve far eseguire tempestivamente i controlli tecnici di sicurezza stabiliti per questo apparecchio nella misura prescritta. I controlli tecnici di sicurezza possono essere effettuati soltanto dal produttore o da persone espressamente autorizzate da quest'ultimo.

Per POWER QUICKZAP sono stati stabiliti i seguenti controlli tecnici di sicurezza:

- controllo delle scritte e delle istruzioni per l'uso;
- controllo visivo dell'apparecchio e degli accessori per verificare la presenza di danneggiamenti;
- controllo funzionale di tutti i tasti e di tutte le spie dell'apparecchio.

16. CE - Dichiarazione di conformità - CE 0482

Nome e indirizzo della fabbricante	Swisspowertube AG Breite 9, CH-3636 Forst Svizzera SRN-Nr: CHRN-MF-20000238
Dichiariamo sotto la sola responsabilità che	
il dispositivo medici	Power QuickZap Typ FPQ2,A1
di classe	Ila regola 9 secondo l'allegato IX della direttiva 93/42CEE
soddisfa tutte le disposizioni della direttiva 93/42/CEE e della loro trasposizione nel diritto nazionale che lo riguardano. Questa dichiarazione è valida in congiunzione con il "rapporto di ispezione finale" del prodotto.	
Procedura di valutazione della conformità	Direttiva 93/42/CEE Allegato II senza sezione 4
Organismo notificato	MEDCERT GmbH Pilatuspool 2 D-20355 Hamburg Germania CE 0482
CH-Forst, 5. agosto 2021	Martin Frischknecht, CEO 
Nome e indirizzo del rappresentante autorizzato EU	Wellbalance GmbH Klosterstrasse 10 D-77716 Haslach Germania SRN-Nr: DE-AR-000010274



Gebrauchsanweisung
Power QuickZap



Istruzioni per l'uso
Power QuickZap



Mode d'emploi
Power QuickZap

EU-Importeur

Wellbalance GmbH
Klosterstrasse 10
D-77716 Haslach (Deutschland)
+49 (0) 7832-076131

©2021 Swisspowertube AG. All rights reserved. All trade names are registered trademarks of

Swisspowertube AG
Breite 9
3636 Forst
Switzerland

Edition 2021-08-05
Printed in Switzerland



Swisspowertube